



PROVA 1200

大电流迷你钳表

UL / CE

CAT III 300V, CAT II 600V

电器规格: (23°C ±5°C)

直流电流

范围	分辨率	误差	过载保护
0-400A	0.1A	±2.0%±3dpts	DC 600A
0-1200A	1A		DC 2000A


交流电流

Range	Resolution	Accuracy	Overload Protection
		50/60 Hz	
0-400A	0.1A	±2.0%±3dpts	AC 600A
0-1200A	1A		AC 2000A

模拟输出

范围	输出	误差
DCA 0-400A	DC 1mV/A	±2.0%±0.3A
DCA 0-1200A	DC 0.1mV/A	
ACA 0-400A	AC 1mV/A	±2.0%±0.3A (50/60Hz)
ACA 0-1200A	AC 0.1mV/A	±2.0%±3A (50/60Hz)

一般规格

钳部尺寸:	最大约23mm
电池:	3号AA,1.5V x 2
显示:	3 3/4 LCD 带模拟线段图
范围选择:	手动
过载警示:	OL
消耗电流:	约20 mA
低电源显示:	
自动关机:	开机后 15 分钟
取样率:	每秒3次 (数字) 每秒30次 (模拟线段图)
工作温度:	-10°C ~ 50°C
工作湿度:	小于85% (相对湿度)
量测高度:	最高2000公尺
储存温度:	-20°C ~ 60°C
储存湿度:	小于75% (相对湿度)
尺寸:	183 (长) x 63.6 (宽) x 35.6 (高) mm 7.2" (长) x 2.5" (宽) x 1.4" (高)
重量:	190公克 (含电池)
附件:	皮袋 x 1 说明书 x 1 1.5V 电池 x 2 测试棒 x 1

泰仪电子股份有限公司

地址: 台湾 23145 新北市新店区宝桥路235巷129号6楼之2

电话: 886-2-89191255

传真: 886-2-89191489

E-mail: prova@ms3.hinet.net

网站: www.prova.com.tw